



**Poliklinika Dąbrowska
Prinn Sp. z o.o.**

Al. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa
Górnicza

Sąd Rejonowy
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Nr KRS: 0000165773

NIP: 629-22-53-709

Regon: 278064326

Kapitał zakładowy:
202500,- PLN

Zarząd:

Prezes Zarządu
Małgorzata Jabłońska-
Zarębska
Wiceprezes Zarządu
Jarosław Hanaś
Członek Zarządu
Michał Zarębski

Tel.: sekretariat
+48 32 639-01-01

Fax:
+48 32 639-01-02

Dział Handlu i Rozwoju

tel. +48 32 639-01-27

e-mail:
Sekretariat
sekretariat@prinn.dabrowa.pl

Biuro Zarządu
biurozarzadu@prinn.dabrowa.pl

Dział Handlu i Rozwoju
prinn@dabrowa.pl

www.prinn.dabrowa.pl

Dąbrowa Górnicza, 25.06.2021

Informacja o pytaniach do WZ

Dotyczy: „Zakup mammografu dla Polikliniki Dąbrowskiej PRINN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej”.

Zamawiający informuje, że wykonawca/y zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści WZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści stacje opisową bez funkcjonalności wyświetlania badań bez tomosyntezy? Jest to obecnie rzadko wykonywane w Polsce badanie, które nie jest wymagane jako funkcja mammografu w tabeli parametrów?

Odpowiedź:

Dopuszczamy stację opisową bez funkcjonalności wyświetlania badań tomosyntezy.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie z wymaganego zakresu szkoleń punktu związanego z tomosynteza

Odpowiedź:

Paragraf 7 pkt. 1 umowy został zmodyfikowany o zapisy dot. tomosyntezy

Pytanie 3:

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego mammografu?

Odpowiedź:

Oświadczenie producenta o spełnieniu wszystkich wymaganych parametrów aparatu będzie honorowane przez Zamawiającego.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do WZ i wraz z niniejszymi odpowiedziami przekazuje zmodyfikowane załączniki nr 1- Formularz Ofertowy i nr4 – Wzór umowy

Wprowadzone modyfikacje należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.